

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
Городской клинической
больницы № I
им. Пирогова Н.И.
8 июня 2001г.



Волков

Рутковский О.В./

П Р О Т О К О Л

медицинских испытаний опытного образца устройства
теплого лечения ЛОР-заболеваний УЛТ-01 "ЕЛАТ".

1. В период с 08.05.01 по 08.06.01 в Городской клинической больнице № I им. Пирогова проведены медицинские испытания опытного образца устройства теплого лечения ЛОР-заболеваний - УЛТ-01 "ЕЛАТ", разработанного ОАО "Елатомский приборный завод", г. Елатьма, Рязанской обл.
2. На испытание представлен один экз. устройства УЛТ-01 и руководство по его эксплуатации.
3. Устройство представляет собой нагревательный элемент с 3-мя режимами работы, производящих тепло в пределах от 40 до 55⁰ С.
Потребляемая мощность 10 Вт.
4. Во время испытаний произведено 65 процедур при хронических воспалительных процессах придаточных пазух носа, не гнойного характера. В 80% случаев /12 б-ных/ отмечен положительный эффект - уменьшение заложенности носа, улучшения дыхания.
5. Устройство накладывается на обл. гайморовых или лобных пазух носа. Накладывать надо через I или 3-4 слоя марли, для получения приятного ощущения тепла.
6. Устройство УЛТ-01 "ЕЛАТ" можно рекомендовать к серийному выпуску для применения в быту и лечебных учреждениях.

Зав. отделением физиотерапии
ГКБ № I им. Пирогова, Москва

Графус

/Графус С.И./