

УТВЕРЖДАЮ

проректор МГМСУ

Профессор



ПРОТОКОЛ

медицинских испытаний устройства теплового лечения "УТЛ-01ЕЛАТ".

1. С 4.05.01 по 5.06.01 г. проведены испытания устройства теплового лечения лор-заболеваний УТЛ-01" ЕЛАТ.

2. Для испытаний представлены :

- а/ опытные образцы -5,
- б/ техническая документация

3. Медицинские испытания проведены по программе и методикам предприятия-изготовителя и кафедры физиотерапии МГМСУ. Число больных 53, количество процедур на курс лечения 6-12, продолжительностью 20-40 мин, ежедневно.

4. Устройство соответствует техническому заданию. Имеет 3 режима работы теплообразования. Его применяли у больных для лечения гайморита, евстахиита, отита, наружного и среднего уха, неврита слухового нерва, хронического тонзиллита, сиалоаденита подчелюстных желез, фронтита. Положительный эффект получен у 79% больных в виде снятия боли, отека, явлений воспаления, улучшения слуха.

5. УТЛ-01"ЕЛАТ" отвечает требованиям медицинской практики по эксплуатационным качествам, прост в использовании, портативен, имеет хороший дизайн. Конструктивные параметры значительно улучшены по сравнению с предыдущей моделью Елатомского завода. Предназначен для индивидуального использования в клинических и домашних условиях как у взрослых, так и детей.

Рекомендуется к серийному производству.

Зав. кафедрой физиотерапии МГМСУ

профессор, академик МАИ и АМТН

Ефанов О.И.